

Abnahmeprüfzeugnis Inspection Certificate

Dynamisches Kalibriersystem, Typ AutoCal 2 Dynamic calibration system, type AutoCal 2

Identnummer: 466698998
Ident No:

Sensornummer: 734380
Sensor No:

Prüfdatum: 2023-06-05
Date of inspection:

Prüfer: S.Triebel
Inspector:

Prüfung der Messwerte: Measuring check:	Sollwert Nominal	Messwert Value	Ergebnis Result
Prüfung 1: Check 1:	10,0 kg ± 0,1kg	10,0 kg	<input checked="" type="checkbox"/> passed <input type="checkbox"/> failed
Prüfung 2: Check 2:	20,0 kg ± 0,1 kg	20,0 kg	<input checked="" type="checkbox"/> passed <input type="checkbox"/> failed
Prüfung 3: Check 3:	30,0 kg ± 0,1 kg	30,0 kg	<input checked="" type="checkbox"/> passed <input type="checkbox"/> failed

Verwendete Messmittel[®]:
Used measuring equipment[®]:

Weight 20kg G090672
Weight 10kg G060132

Langen, 6/5/2023

i.A.


Marcus Monse
- Quality department -

[®] mit Maßanschluss an nationale Normale
traceable to national standards