

Abnahmeprüfzeugnis Inspection Certificate

Dynamisches Kalibriersystem, Typ AutoCal 2 Dynamic calibration system, type AutoCal 2

Identnummer: 4666988998
Ident No:

Sensornummer: 734380
Sensor No:

Prüfdatum: 2024-06-12
Date of inspection:

Prüfer: D. Schlegel
Inspector:

Prüfung der Messwerte: Measuring check:

Prüfung Check	Sollwert Nominal	Messwert Value	Ergebnis Result
Prüfung 1: Check 1:	10,0 kg ± 0,1kg	10,02 kg	<input checked="" type="checkbox"/> passed <input type="checkbox"/> failed
Prüfung 2: Check 2:	20,0 kg ± 0,1 kg	19,94 kg	<input checked="" type="checkbox"/> passed <input type="checkbox"/> failed
Prüfung 3: Check 3:	30,0 kg ± 0,1 kg	29,99 kg	<input checked="" type="checkbox"/> passed <input type="checkbox"/> failed

Verwendete Messmittel[®]:
Used measuring equipment[®]:

Weight 20kg G121667
Weight 10kg 92

Langen, 12.06.2024

i.A.



Marcus Monse

- Quality department -

© mit Maßanschluss an nationale Normale
traceable to national standards