

# Abnahmeprüfzeugnis

## Inspection Certificate

### Dynamisches Kalibriersystem, Typ AutoCal 2

Dynamic calibration system, type AutoCal 2

Identnummer: 1083572950  
Ident No:

Sensornummer: 1006479  
Sensor No:

Prüfdatum: 2025-01-07  
Date of inspection:


Prüfer: D. Schlegel  
Inspector:

Prüfung der Messwerte: Measuring check:	Sollwert Nominal	Messwert Value	Ergebnis Result
Prüfung 1: Check 1:	10,0 kg ± 0,1kg	9,93 kg	<input checked="" type="checkbox"/> passed <input type="checkbox"/> failed
Prüfung 2: Check 2:	20,0 kg ± 0,1 kg	20,00 kg	<input checked="" type="checkbox"/> passed <input type="checkbox"/> failed
Prüfung 3: Check 3:	30,0 kg ± 0,1 kg	30,00 kg	<input checked="" type="checkbox"/> passed <input type="checkbox"/> failed

Verwendete Messmittel<sup>®</sup>:  
Used measuring equipment<sup>®</sup>:

Weight 20kg G090671  
Weight 10kg 92

Langen, 07.01.2025

i.A.   
Johanna Koscielny  
- Quality department -

Unsere Prüf- und Messmittel unterliegen der Messmittelüberwachung und werden in den jährlichen Audits gemäß DIN EN ISO 9001 auditiert.  
Our testing and measuring equipment are subject to measuring equipment monitoring and is audited annually in accordance with DIN EN ISO 9001

<sup>®</sup> mit Maßanschluss an nationale Normale  
traceable to national standards